



# 水質測定用試薬セット No.29D 2価鉄(低濃度)

型式:LR-Fe<sup>2+</sup>-D

発色:無色→淡赤→赤

GHSマーク

測定原理:バソフェナントロリン法



試薬:R-1(パック)

警告

測定条件(推奨)

測定波長:534.0nm

- 測定方法:
1. 検水をセルに入れ、ゼロ合わせを行なう。
  2. 検水25mLをビーカーに採り、R-1試薬を加え、攪拌する。
  3. R-1試薬投入2分後、吸光度を測定する。
  4. 予め作成した検量線より、測定値を求める。

## 注意

この方法では、検水中の2価のイオン状態(Fe<sup>2+</sup>)の鉄が測定されます。

鉄の溶存状態はpHによって大きく異なり、また懸濁物や沈殿の状態でも存在します。



株式会社 共立理化学研究所  
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

〒145-0071 東京都大田区田園調布5-37-11  
TEL:03-3721-9207 FAX:03-3721-0666  
<https://kyoritsu-lab.co.jp> [kyoritsu@kyoritsu-lab.co.jp](mailto:kyoritsu@kyoritsu-lab.co.jp)

裏面もご覧ください。

## 使用前、使用後の取扱い注意

### 応急措置

試薬・測定液が **目に入ってしまったたら** → すぐに多量の水で洗い流してください。

試薬・測定液が **皮膚や衣服にふれたら** → すぐに水で洗い流してください。

試薬・測定液が **口に入ってしまったたら** → すぐに水で口の中を洗い流してください。

上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

特に、試薬・測定液を飲み込んだ場合には、水または牛乳を多量に飲み、すぐに医師の診断を受けてください。

試薬の有害性については外箱背面の「GHSに基づく表示」をご参照ください。

### 試薬に関するお知らせ

本試薬は、取扱い者への SDS の提供を義務づけた「PRTR 法」「労働安全衛生法」および「毒物及び劇物取締法」には該当しません。

測定液は約 pH4 です。